PROCÉDURES DE REMPLISSAGEDES PORTABLES À OXYGÈNE LIQUIDE

— TOP MODÈLES DE REMPLISSAGE —

1.

L'unité portable doit être remplie 15 minutes avant utilisation.*

2.

Nettoyez les connecteurs de remplissage du réservoir et du portable avec un chiffon non pelucheux afin d'éliminer l'humidité et d'autres contaminants. Ne pas déclencher la valve du portable ou appuyer sur le bouton pressoir du réservoir tout en séchant les connecteurs de remplissage. Aussi, soyez sûr de garder le portable en position verticale à tout moment tout en essuyant son connecteur de remplissage.

3.

Tournez le FCV à la position zéro pendant le remplissage. Positionnez verticalement le connecteur rapide du portable sur le connecteur bleu au dessus du réservoir. Appuyez sur le dessus de l'unité portable de façon à engager les deux connecteurs ensemble. Une fois que le portable est connecté avec le réservoir, il peut être rempli.

4.

Commencez le remplissage de l'unité portable par simple traction de sa vanne d'évent dans sa position d'ouvertre à 90° ou perpendiculaire à la face de l'unité tout en continuant à appliquer une pression sur le portable pour maintenir sa connexion.

Note pour les portables HELiOS seulement : Après 20 a 30 secondes, fermer et ré ouvrir la vanne d'évent une ou plusieurs fois. Cela évitera à la vanne d'évent de geler en position ouverte.

5.

Le portable est plein lorsque vous entendez un changement de ton dans le sifflement et qu'une vapeur blanche sort du capot du réservoir. Lorsque ces phénomènes sont observés, relâchez la vanne d'évent de sorte qu'elle revienne à sa position initiale.

6.

Pour déconnecter l'unité portable, il suffit d'appuyer sur le bouton d'éjection sur le rése voir. Cela désengagera le portable du réservoir.

7.

Si le portable se bloque sur le réservoir en gelant lors du remplissage, relâchez simplement la vanne d'évent et attendez. Une fois que les connecteurs de remplissage ont dégelés, les unités peuvent ensuite être facilement dégagées.

Si l'unité portative ou le réservoir fuient de l'oxygène liquide du clapet, ouvrez la fenêtre, quittez la pièce et appelez votre fournisseur de soins de santé.

8.

Votre appareil portable est rempli et prêt à être utilisé.

*Cette installation peut nécessiter l'utilisation d'équipements de protection individuelle (EPI) tels que des gants cryogéniques, des lunettes ou un tablier pendant la procédure de remplissage.

QUESTIONS?

Envoyez-nous un e-mail à:

techservice.global@caireinc.com

CAIRE®

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÈTES, CONSULTEZ LA DÉCLARATION DE GARANTIE RELATIVE AU PRODUIT.
Veuillez consulter le mode d'emploi applicable au produit pour les indications, contre-indications, avertissements, précautions et informations de sécurité détaillées relatifs au produit.

© 2022 CAIRE Inc. Tous droits réservés.

ML-LOX0004-1 C