PROCEDIMIENTOS DE LLENADO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE OXÍGENO LÍQUIDO

— MODELOS DE RELLENO SUPERIOR —

1.

La unidad debe llenarse 15 minutos antes de empezar a usarla.*

2.

Limpie las conexiones de llenado el reservorio y la unidad para eliminar restos de humedad y suciedad con un paño anti pelusa. No pulse el vástago en la unidad estacionaria o el portátil durante el secado de los conectores de llenado. A su vez, asegúrese de mantener la unidad en posición vertical mientras limpia el conector de llenado.

3.

Gire el FCV a la posición cero mientras se llena. Sitúe la unidad sobre el reservorio y alinéela con la válvula de desconexión rápida de color azul (QDV) en la parte superior del reservorio. Presione la unidad hacia abajo sobre la válvula de desconexión rápida (QDV) para su acoplamiento. Una vez conectada con el reservorio la unidad puede ser llenada.

4.

Empiece a llenar la unidad simplemente tirando de la válvula de venteo hasta su apertura mientras continúa presionando la unidad para mantener la conexión.

Atención, sólo para unidades portátiles HELiOS: Tras 20-30 segundos cierre y vuelva a abrir la válvula de venteo una o varias veces. Esto ayudará a prevenir que la válvula de venteo se quede clavada en posición abierta.

5.

La unidad está llena cuando el tono del siseo cambia y un denso vapor blanco aparece bajo la carcasa del reservorio. Cuando se observe esto, cierre la válvula de venteo elevando su palanca.

6.

Para desconectar la unidad, simplemente presione el botón de desconexión del reservorio permitiendo la desconexión de la unidad.

7.

Si la unidad se congela durante el llenado, simplemente cierre la válvula de venteo y déjela conectada al reservorio. Una vez las conexiones de llenado se hayan descongelado, las unidades pueden ser fácilmente desconectadas.

Si la unidad portátil o el reservorio pierde oxígeno líquido de la válvula, abra la ventana, salga de la habitación y llame a su proveedor de atención médica.

8.

Su unidad portátil está llena y lista para su uso.

*Esta instalación puede requerir el uso de equipo de protección personal (EPP) como guantes criogénicos, gafas protectoras o delantal durante el procedimiento de llenado.

PREGUNTAS?

Envíanos un email a:

techservice.global@caireinc.com

CAIRE®

CONSULTE LA DECLARACIÓN DE GARANTÍA DEL PRODUCTO PARA OBTENER TODA LA INFORMACIÓN. Consulte las instrucciones de uso del producto correspondiente para obtener información acerca de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones e información detallada de seguridad del producto.

© 2022 CAIRE Inc. Todos los derechos reservados.

ML-LOX0004-3 C